

Zertifikat

**Bescheinigung für den
zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb
von Automatikmodul Distimatic**

Die Automatikmodule Distimatic sind mit Übertemperatur-Schutzeinrichtungen gemäß DIN EN 61010-1:2001 und DIN EN 61010-2-010:2014 ausgestattet und somit für den zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb geeignet.

Voraussetzung ist ein ordnungsgemäßer Betrieb nach Betriebsanleitung und die Arbeitsweise nach den allgemeinen anerkannten Regeln der Sicherheitstechnik und Arbeitsmedizin, der Laborrichtlinie, der Unfallverhütungsvorschriften und der Gefahrstoffverordnung.

S c h w a b a c h , i m J a n u a r 2 0 1 9



Stefan Peters

Leitung Forschung & Entwicklung



Marcell Sarré

Leitung Qualitätsmanagement / Qualitätssicherung